



20251121評基第007号
2026年6月11日

登 録 証

オルティカテクニカルソリューション株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0385

事業所の名称 オルティカテクニカルソリューション株式会社
東京校正センター

所 在 地 東京都町田市成瀬が丘二丁目27番1号

登録に係る区分 電気(直流・低周波)(詳細は別紙のとおり)

登録の有効期限 2030年6月10日

2026年6月11日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 長谷川



登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2026 年 6 月 11 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 6 月 11 日

校正手法の区分の呼称〔登録（認定発効）年月日〕：直流・低周波測定器等〔2026 年 6 月 11 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流電圧測定装置	100 mV		0.001 6 mV
		1 V		0.000 008 V
		2 V		0.000 04 V
		4 V		0.000 05 V
		6 V		0.000 06 V
		8 V		0.000 07 V
		10 V		0.000 08 V
		100 V		0.000 9 V
		1000 V		0.010 V
	直流抵抗測定装置	10 Ω		0.000 3 Ω
		100 Ω		0.001 9 Ω
		1 kΩ		0.000 016 kΩ
		10 kΩ		0.000 15 kΩ
		100 kΩ		0.001 6 kΩ
		1 MΩ		0.000 027 MΩ
		10 MΩ		0.000 5 MΩ
		100 MΩ		0.015 MΩ
	直流電流測定装置	100 μA		0.013 μA
		1 mA		0.000 06 mA
		10 mA		0.000 6 mA
		100 mA		0.007 mA
		1 A		0.000 10 A
		10 A		0.004 A
	交流電圧測定装置	50 Hz, 60 Hz	100 mV	0.020 mV
			1 V	0.000 09 V
			10 V	0.000 9 V
			100 V	0.009 V
			600 V	0.06 V
			1000 V	0.10 V

	交流電流測定装置	50 Hz, 60 Hz	100 μ A	0.31 μ A
			1 mA	0.000 39 mA
			10 mA	0.001 8 mA
			100 mA	0.019 mA
			1 A	0.000 7 A
			10 A	0.008 A

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。